



**Gara a procedura aperta per l'affidamento della
Fornitura in opera di due Tomografi Assiali Computerizzati e del
relativo servizio di assistenza e manutenzione.**

CAPITOLATO TECNICO

Risposta a richiesta di chiarimenti del 26/06/2018

Comunicazione N°4 del 26/06/2018

In relazione ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questa committenza nella data in intestazione si precisa quanto segue:

DOMANDA 1

Si chiede cortesemente di mettere a disposizione gli elaborati as-built delle opere strutturali relative alle sale esami, in alternativa di conoscere la portata del solaio di appoggio del sistema Tac oggetto di sostituzione.

RISPOSTA 1

In fase di sopralluogo sono state consegnate a **TUTTE** le Ditte partecipanti al sopralluogo stesso le tavole as built con livello di informazione tale da definire, con ragionevole dettaglio, le richieste poste nella domanda. Si rimanda inoltre alle comunicazioni N° 1 e N° 3 già pubblicate dalla stazione appaltante su proprio sito, così come previsto al Bando di gara:

<http://www.asl2.liguria.it/template3.asp?itemID=58&codmenu=1&livello=2&label=Gare&direct=1>

In ogni caso, onde evitare malintesi si precisa che detti as built, che sono **gli unici** in possesso a questa stazione appaltante, saranno a breve anche pubblicati sul sito ASL2 Liguria, nel medesimo link

DOMANDA 2

Al fine di una corretta valutazione proteximetrica, si chiede di conoscere la tipologia delle solette (pavimento e soffitto) delle sale esami (spessore e stratigrafia);

RISPOSTA 2

Vedi RISPOSTA 1

DOMANDA 3

Con chiarimento n. 1 del 13-06-2018 è stato rettificato il carico di lavoro per le due sale esami; si chiede cortesemente se è possibile conoscere anche la tipologia degli esami che vengono effettuati;

RISPOSTA 3

In entrambi i siti di installazione dei nuovi CT si svolge attività normale attività radiodiagnostica, nelle quantità medie indicate al chiarimento n. 1 del 13-06-2018, con e senza l'utilizzo di M.d.C in tutti distretti anatomici corporei utilizzando protocolli d'esame tipici per dette metodiche "general". Nel CT attualmente posto in Radiologia Centrale vengono altresì eseguite indagini di Colonscopia Virtuale

DOMANDA 4

*Si chiede cortesemente **di confermare** che la non superabilità dell'importo a base d'asta sia da intendersi riferito all'importo complessivo e non ai singoli importi riportati nel quadro economico complessivo, Tab.1 del Capitolato tecnico.*

RISPOSTA 4

NON SI CONFERMA

Difatti come ben indicato nella citata Tab. 1 del Capitolato Tecnico, ed anche che nel Disciplinare di Gara, sono da ritenersi non superabili (importi massimi):

- ✓ sia gli importi di cui al capo **A** di detta Tabella ovvero il SUB TOTALE COMPLESSIVO **A= A1 +A2**
- ✓ sia l'importo di cui al capo **B** di detta Tabella
- ✓ sia l'importo di cui al capo **C** di detta Tabella

e, conseguentemente, l'importo complessivo indicato al capo **D** della tabella stessa.

Si precisa che la committenza ha volutamente indicato un massimo anche all'importo di cui al capo **C** di detta Tabella, per non creare un vantaggio indebito al produttore/distributore delle vecchie CT, che potenzialmente può essere un concorrente della gara in oggetto, comunque forti di quanto determinato dalla sentenza TAR Liguria Sez. II n° 78 del 19 Dicembre 2002, ove si determina sostanzialmente che il parco apparecchiature di proprietà di committenze pubbliche possa essere economicamente valorizzato a fronte di sua dismissione/sostituzione.

Si coglie l'occasione della presente per invitare tutte le ditte interessate alla gara a consultare con periodicità giornaliera il sito della committenza al link predetto e qui ribadito:


<http://www.asl2.liguria.it/template3.asp?itemID=58&codmenu=1&livello=2&label=Gare&direct=1>

onde ottenere, in tempi brevi, tutte le eventuali comunicazioni/chiarimenti ivi pubblicati, come peraltro previsto dal Bando di Gara.

Restano ad oggi ferme tutte le altre indicazioni esplicitate agli atti di gara, non oggetto di chiarimento e/o integrazione già pubblicati sul sito ASL2

Dipartimento Tecnologico
S.C. Ingegneria Clinica

Per. Ind. Fabio Vigliecca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Vigliecca', written in a cursive style.