

## FORNITURA DI MATERIALE PER ARTROSCOPIA DI SPALLA E GINOCCHIO

### DESCRIZIONE:

Lotto	Prodotto	Descrizione	U.M	Quantità				
		Valore	Valore Ivato	Tipo	Soggetto a	Note	Prezzo	I.V.A.
01	200327	LAMA PER SHAVER MISURE VARIE	NR	650.00			59.4000000	22.00
		38 610.00	47 104.20	Generico				
02	200328	TERMINALI MONOUSO PER ABLAZIONE, COAGULAZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA	NR	160.00			271.7000000	22.00
		43 472.00	53 035.84	Generico				
03	200337	SISTEMA PER TRAZIONE INTRAOPERATORIA SPALLA	NR	40.00			94.0000000	22.00
		3 760.00	4 587.20	Generico				
04	200469	CAMBRE IN METALLO PER FISSAZIONE TENDINEA	NR	8.00			74.2500000	4.00
		594.00	617.76	Generico				
		86 436.00	105 345.00	<b>TOTALE STIMA</b>				


#### Riepilogo per lotti:

Lotto	Quantità	Valore	Valore ivato
01	650	38,610.00	47,104.20
02	160	43,472.00	53,035.84
03	40	3,760.00	4,587.20
04	8	594.00	617.76

**DISCIPLINARE TECNICO MATERIALE PER ARTROSCOPIA**

DESCRIZIONE PRODOTTI	QUANTITA' ANNUALI
<p><b><u>Lotto n° 1</u></b>                      LAME PER SHAVER di diversa misura con fornitura in uso gratuito di n. 6 shaver per artroscopia completi di n° 3 centraline per ablazione e rimozione di tessuti molli ed ossei.                      Devono essere compatibili con la pompa artroscopica in dotazione mod. FMS DUO della Ditta MIKAI.                      Si richiede campione.</p>	<p><b>Pezzi 650</b>                      (uno per ogni intervento se monouso, in alcuni interventi sono necessarie due lame di diversa forma e dimensione)</p>

DESCRIZIONE PRODOTTI	QUANTITA' ANNUALI
<p><b><u>Lotto n° 2</u></b>                      TERMINALI DI ABLAZIONE E COAGULAZIONE con aspirazione integrata con fornitura in uso gratuito di n° 2 sistemi a radiofrequenza bipolare con aspirazione integrata per eliminare le bolle che ostacolano la visione ed instaurare un flusso continuo intraarticolare che abbassi la temperatura locale per evitare necrosi.                      Sistema di sicurezza integrato che fermi l'apparecchiatura se a contatto con l'ottica.                      Sistema con durata prevista di più anni.                      Sistema di feedback della temperatura intraarticolare.                      Si richiede campione.</p>	<p><b>Pezzi 160</b></p>

DESCRIZIONE PRODOTTI	QUANTITA' ANNUALI
<p><b><u>Lotto n° 3</u></b>                      SISTEMA PER TRAZIONE INTRAOPERATORIA SPALLA (SLEEVE).                      Indispensabile per il posizionamento del paziente ed una corretta trazione articolare, in materiale imbottito morbido, con sistema di chiusura a velcro, regolabile.                      Si richiede campione.</p>	<p><b>Pezzi 40</b></p> 

DESCRIZIONE PRODOTTI	QUANTITA' ANNUALI
<p><b>Lotto n° 4</b> CAMBRE IN METALLO PER FISSAZIONE TENDINEA. A basso profilo, devono essere compatibili con esecuzione di esame R.M.N. Devono essere disponibili in diverse misure.</p>	<p><b>Pezzi 8</b></p>

Ospedale S. PAULO di SAVONA  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
IL DIRETTORE  
Dott.ssa Marianna REDO

