



**Gara a procedura aperta per l'affidamento della
Fornitura in opera di due Tomografi Assiali Computerizzati e del
relativo servizio di assistenza e manutenzione.**

Risposte a richieste di chiarimento

Comunicazione N° 2 del 15-06-2018

DOMANDA n°1 :

Al punto "4.2 (B) TAC 128 strati - RADIOLOGIA CENTRALE" del Capitolato Tecnico, nello specifico al paragrafo "B4 Generatore" è richiesto che la TC debba avere:

- 1) Potenza massima selezionabile sui protocollo clinico uguale o superiore a 50 kW
- 2) Tensione minima uguale o inferiore a 90 KV
- 3) Tensione massima uguale o superiore a 110 kV
- 4) Numero di valori di tensione selezionabili a 3
- 5) Corrente massima selezionabile sui protocollo clinico uguale o superiore a 300 mA

Per il punto **1** osserviamo quanto segue:

La potenza massima richiesta, che deve essere uguale o superiore a 50 kW, è in antitesi con le richieste dei valori massimi accettati di: kV (120 kV) e di mA (300 mA), il cui prodotto definisce il valore minimo accettabile di potenza del generatore, ovvero, 33 kW (120 kV x 300 mA). Ciò premesso, Vi chiediamo la rivisitazione di tale parametro, che altrimenti ci vedrebbe penalizzati ancorché esclusi dalla gara.

RISPOSTA n°1 ::

a) Richiamato integralmente quanto premesso all'articolo 4 del Capitolato Tecnico (premesse generali) dove, tra l'altro, si evidenzia:

....."Le Ditte **dovranno** quindi proporre apparecchiature che rappresentino **il meglio** della loro produzione in termini di tecnologia TAC multistrato:".....

ed inoltre :

..... "**Si ribadisce che quanto fissato nella presente premessa generale, assume prescrizione prioritaria e vincolante, aldilà dei singoli valori caratteristici avanti specificati**"... ..

b) Evidenziato quindi che, generalmente, i singoli valori numerici richiesti come minimo o massimo, sui differenti parametri tecnici possano e debbano essere assunti quali elementi "a se stanti", e non necessariamente correlati tra di loro in termini di assoluta specificità.

c) Questa Committenza evidenzia che non intende in alcun modo limitare il mercato, in un settore peraltro non particolarmente ricco di alternative, ma invero l'esatto contrario. Ciò riservandosi tuttavia di valutare, nei modi prescritti, i prodotti migliori tra quelli che saranno offerti nel contesto di gara.

Si conviene pertanto che si possa accettare l'osservazione posta e rivedere il parametro prima indicato come segue:

- 1) Potenza massima selezionabile sul protocollo clinico uguale o superiore a **42 kW**

Di conseguenza saranno pertanto da considerare variare le indicazioni poste:

- a) All'Allegato F al Disciplinare di Gara - Modalità di aggiudicazione_03.04.2018, a Pag 9 punto P2.7) (QPS32) ove indicato:

"QPS32min = valore di QPS32 indicato nel Capitolato Tecnico come valore minimo ammissibile 50"

Sarà da invece da intendersi

"QPS32min = valore di QPS32 indicato nel Capitolato Tecnico come valore minimo ammissibile **42**"

DOMANDA n°2 :

Al punto "4.2 (B) TAC 128 strati - RADIOLOGIA CENTRALE" del Capitolato Tecnico, nello specifico al paragrafo "B4 Generatore" è richiesto che la TC debba avere:

- 1) Potenza massima selezionabile sui protocollo clinico uguale o superiore a 60 kW
- 2) Tensione minima uguale o inferiore a 90 KV
- 3) Tensione massima uguale o superiore a 120 kV
- 4) Numero di valori di tensione selezionabili a 3
- 5) Corrente massima selezionabile sui protocollo clinico uguale o superiore a 300 mA

Per il punto **1** osserviamo quanto segue:

La potenza massima richiesta, che deve essere uguale o superiore a 60 kW, è in antitesi con le richieste dei valori massimi accettati di: kV (120 kV) e di mA (300 mA), il cui prodotto definisce il valore minimo accettabile di potenza del generatore, ovvero, 36 kW (120 kV x 300 mA). Ciò premesso, Vi chiediamo la rivisitazione di tale parametro, che altrimenti ci vedrebbe penalizzati ancorché esclusi dalla gara.

RISPOSTA n°2 ::

a) Richiamato integralmente quanto premesso all'articolo 4 del Capitolato Tecnico (premesse generali) dove, tra l'altro, si evidenzia:

....."Le Ditte dovranno quindi proporre apparecchiature che rappresentino il meglio della loro produzione in termini di tecnologia TAC multistrato:".....

ed inoltre :

..... "Si ribadisce che quanto fissato nella presente premessa generale, assume prescrizione prioritaria e vincolante, aldilà dei singoli valori caratteristici avanti specificati"... ..

b) Evidenziato quindi che, generalmente, i singoli valori numerici richiesti come minimo o massimo, sui differenti parametri tecnici possano e debbano essere assunti quali elementi "a se stanti", e non necessariamente correlati tra di loro in termini di assoluta specificità.

c) Questa Committenza evidenzia che non intende in alcun modo limitare il mercato, in un settore peraltro non particolarmente ricco di alternative, ma invero l'esatto contrario. Ciò riservandosi tuttavia di valutare, nei modi prescritti, i prodotti migliori tra quelli che saranno offerti nel contesto di gara.

Si conviene pertanto che si possa accettare l'osservazione posta e rivedere il parametro prima indicato come segue:

- 2) Potenza massima selezionabile sul protocollo clinico uguale o superiore a **48 kW**

Di conseguenza saranno pertanto da considerare variate le indicazioni poste:

- b) All'Allegato F al Disciplinare di Gara - Modalità di aggiudicazione_03.04.2018, a Pag 16 punto P3.6) (QRC35) ove indicato:

"QRC35min = valore di QRC35 indicato nel Capitolato Tecnico come valore minimo ammissibile **60**"

Sarà da invece da intendersi

"QRC35min = valore di QRC35 indicato nel Capitolato Tecnico come valore minimo ammissibile **48**"

Restano ferme tutte le altre indicazioni riportate agli atti di gara oltre che, naturalmente, le modalità di giudizio così come descritte agli atti stessi, ed in relazione alle richieste tecniche esplicitate nel Capitolato Tecnico .

ASL2 Liguria
Dipartimento Tecnologico
S.C. Ingegneria Clinica
Per. Ind. Fabio Vigliecca

