

**PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI
"DISPOSITIVI MEDICI PER RIANIMAZIONE"**

**VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E
CAMPIONATURA**

In data 10 ottobre 2013, alle ore 10.00, in Savona nei locali della S.C. Farmacia dell'Ospedale Savona, sito in Via Genova, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Tecnica nominata con Deliberazione n. 652 del 11/07/2013, incaricata di procedere alla valutazione dei prodotti proposti dalle Ditte partecipanti alla procedura ristretta per la fornitura in oggetto.

La Commissione Tecnica è presente all'unanimità ed è composta dai Signori:

Presidente: Dottor Brunello BRUNETTO

Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione

Componente: Dottor Giorgio BARABINO

Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione P.O. Ponente

Componente: Dottor Gianni FOLCO

Responsabile S.S. Terapia Semi Intensiva

Componente: Dottoressa Silvia SARACCO

Responsabile S.S. Terapia Nutrizionale ed Enterale

Componente: Dottoressa Gianna NEGRO

Responsabile S.S. Dispositivi Medici e Galenica Clinica

Prima di procedere con l'esame delle offerte tecniche, il Presidente della Commissione giudicatrice ricorda ai Componenti i criteri e le modalità di aggiudicazione dell'appalto che risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, come previsto dalla lettera invito e dal Capitolato di gara.



La Commissione, nominata nella sua completezza si insedia e prende atto delle ditte ammesse e dei lotti per i quali le stesse hanno presentato offerta, dedotti dal verbale della seduta pubblica di verifica della documentazione tecnica e campionatura del 23.09.2013, come segue:

1. AIR LIQUIDE: 1-2-6
2. B.BRAUN MILANO: 19-20
3. BARD: 16
4. BENEFIS: 1- 2-6 -8-12- 17
5. BIOPSYBELL: 21
6. COOK ITALIA: 19-20
7. COVIDIEN ITALIA: 1-3-4-6-7-8-9-10-11-13-15-17-18
8. DEAS: 1-2-6-15
9. GADOMED: 16 - 21
10. JANUA MEDICAL: 6-17-21
11. MAJOR: 14
12. MEDISIZE: 1-2-3-13
13. MEDIVAL MEDICA VALLEGGIA: 3-15
14. NESTLE' ITALIANA: 4
15. SEDA: 16
16. SMITH & NEPHEW: 1-3-18
17. TELEFLEX: 1-7-8-10-12-14-19-20

Di seguito, la Commissione provvede all'apertura dei plichi contenenti la campionatura e la documentazione tecnica presentata, dopo aver constatato la corretta sigillatura degli stessi, e a suddividere per lotto i campioni presentati al fine di procedere con la valutazione degli stessi verificando la presenza delle caratteristiche tecniche essenziali indicate negli atti di gara e ad attribuire il punteggio di qualità sulla base dei criteri, sub-criteri e criteri motivazionali precisati nel capitolato speciale di gara, quali meglio indicati nel prospetto allegato al presente verbale.

La Commissione decide di esaminare, per opportunità di valutazione, i lotti 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14 (lotti con minor numero di prodotti offerti).

Le risultanze delle valutazioni effettuate, assunte all'unanimità dei componenti, sono riportate nelle schede allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.



Alle ore 14.00 la Commissione conclude i propri lavori decidendo di riunirsi il giorno 6 novembre p.v., presso la medesima Struttura, per la valutazione della restante documentazione e campionatura.

Prima di concludere la seduta il Presidente della Commissione giudicatrice provvede a riporre, dinanzi la Commissione, le buste della documentazione tecnica e i plichi contenenti la campionatura in un armadio dotato di serratura (n. inventario 26805) della Struttura Farmacia Ospedaliera dell'Ospedale San Paolo di Savona, e a chiudere il suddetto a chiave.

Il presente verbale si compone di n. 3 facciate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Commissione Giudicatrice
Dottor Brunello BRUNETTO




Componente
Dottoressa Gianna NEGRO




Componente
Dottor Gianni FOLCO



Componente
Dottor Giorgio BARABINO



Componente
Dottoressa Silvia SARACCO



LOTTO 4						
SONDINO NASOGASTRICO PER NUTRIZIONE ENTERALE						
SUB CRITERI e criteri motivazionali	P. max	COVIDIEN		NESTLE'		P.
		coeff.	P.	coeff.		
Qualità del materiale	20	1	20	1		20
Facilità di inserimento	20	1	20	0	mandrino non forato; possibile fuoriuscita da foro laterale	
Valutazione del flusso	20	1	20	1		20
PUNTEGGI COMPLESSIVI			60			40







LOTTO 6

SONDINO PER BRONCOASPIRAZIONE

SUB CRITERI e criteri motivazionali	P. max	AIR LIQUIDE		BENEFIS		COVIDIEN		DEAS		JANUA MEDICAL	
		coeff.	P.	coeff.	P.	coeff.	P.	coeff.	P.	coeff.	P.
Qualità dei raccordi	15	1	15	1	15	0,75	11,25 raccordo rigido	1	15	0,75	11,25 raccordo rigido
Qualità del materiale	15	1	15	1	15	0,75	11,25 materiale piuttosto rigido	1	15	0,75	11,25 materiale piuttosto rigido
Qualità del dispositivo di prelievo	15	1	15	1	15	0,5	7,5 difficile controllo aspirazione	1	15	0,5	7,5 difficile controllo aspirazione
Praticità di utilizzo	15	1	15	1	15	0,5	7,5 ergonomia non ottimale	1	15	0,5	7,5 ergonomia non ottimale
PUNTEGGI COMPLESSIVI			60		60		37,5		60		37,5







LOTTO 7						
CANNULA ENDOTRACHEALE CUFFIATA ARMATA CON FLANGIA						
SUB CRITERI e criteri motivazionali	P. max	COVIDIEN		TELEFLEX		
		coeff.	P.	coeff.	P.	
Qualità della cuffia	10	0,5	5 cuffia sferica vs cilindrica	1	10	
Qualità del materiale	15	1	15	1	15	
Tipo di curvatura	10	1	10	1	10	
Conformazione della punta	20	0,5	10 "scalino" formato dalla saldatura della cuffia	1	20	
Otturatore forato	5	0	0	0	0	0
PUNTEGGI COMPLESSIVI			40			55




Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials or signatures on the right.

LOTTO 8									
TUBO CORRUGATO									
SUB CRITERI e criteri motivazionali	P. max	BENEFIS		COVIDIEN		TELEFLEX			
		coeff.	P.	coeff.	P.	coeff.	P.		
Qualità del materiale	30	1	30	0,75	22,5 facile inginocchiamento	1	30		
Qualità delle connessioni	30	1	30	0,75	22,5 difficile inserimento su 22 M	1	30		
PUNTEGGI COMPLESSIVI			60		45		60		




Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials, located in the bottom right corner of the page.

LOTTO 9			
SISTEMA DRENAGGIO TORACICO			
SUB CRITERI e criteri motivazionali	P. max	COVIDIEN	
		coeff.	P.
Qualità del materiale	30	1	30
Qualità delle connessioni	30	1	30
PUNTEGGI COMPLESSIVI			60






LOTTO 10						
SISTEMA DRENAGGIO TORACICO						
SUB CRITERI e criteri motivazionali	P. max	COVIDIEN		TELEFLEX		
		coeff.	P.	coeff.	P.	
Qualità del materiale	30	1	30	1	30	
Qualità delle connessioni	30	1	30	1	30	
PUNTEGGI COMPLESSIVI			60		60	



LOTTO 11			
TUBO STERILE LAVANDA GASTRICA			
SUB CRITERI e criteri motivazionali	P. max	COVIDIEN	
		coeff.	P.
Qualità del materiale	30	1	30
Maneggevolezza nel posizionamento	10	1	10
Praticità d'uso	20	1	20
PUNTEGGI COMPLESSIVI			60



LOTTO 12

SONDINO TIPO LEVIN

SUB CRITERI e criteri motivazionali	P. max	BENEFIS		TELEFLEX	
		coeff.	P.	coeff.	P.
Qualità del materiale	20	1	20	non	presente
Atraumaticità della punta	20	1	20	campione	
Disponibilità delle misure	10	1	10		
Maneggevolezza nel posizionamento	10	1	10		
PUNTEGGI COMPLESSIVI			60		

LOTTO 13									
SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE/NEBULIZZAZIONE									
SUB CRITERI e criteri motivazionali	P. max	COVIDIEN			MEDISIZE				
		P.	coeff.	P.	coeff.	P.	coeff.	P.	
Qualità del materiale	20	LOTTO SOSPESO PER CAPITOLATO NON CORRETTO							
Praticità di utilizzo/allestimento del sistema	20								
Qualità delle connessione e dei raccordi	20								
PUNTEGGI COMPLESSIVI									




LOTTO 14

SET MONOUSO PER TORACENTESI

SUB CRITERI e criteri motivazionali	P. max	MAJOR		TELEFLEX	
		coeff.	P.	coeff.	P.
Qualità del materiale	20	0,75	Siringa con stantuffo che oppone maggior resistenza alla trazione	1	20
Atraumaticità della punta	20	0,75	15 Bisello ad angolo acuto	1	20
Disponibilità delle misure	10	1	10	1	10
Maneggevolezza nel posizionamento	10	1	10	1	10
PUNTEGGI COMPLESSIVI			50		60

